



[SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA]

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
INTERIMAR SNCRR

COMUNICARE PRIN EMAIL

URGENT / NORMAL

De la: Departamentul de achiziții și logistică al SNCRR

Data: 28.02.2024


Re: Cerere de cotație pentru echipamente medicale – HEALTH CARAVAN

Dacă nu primiți toate paginile, vă rugăm să ne contactați imediat. Mulțumim.

CERERE DE COTAȚIE

Societatea de Cruce Roșie din România vă solicită cu amabilitate cea mai bună ofertă fermă pentru următoarele:

1. Tip și cantitate:
Echipamente medicale

Denumire produs	Cantitate	Descriere																								
Traductor convex pentru ecografie abdominală	2 buc	Traductor convex pentru ecografie abdominală, compatibil cu sistemul LUMIFY și android																								
																										
		<table border="1"><thead><tr><th></th><th>S4-1 Traductor sectorial</th><th>L12-4 Traductor liniar</th><th>CS-2 Traductor convex</th></tr></thead><tbody><tr><td>Aplicații</td><td>Cord, FAST, Abdomen, plămâni, obstetrică/ginecologie</td><td>Plămâni, musculoscheletal, părți moi, superficial, vascular</td><td>Abdomen, cord, FAST, plămâni, obstetrică/ginecologie</td></tr><tr><td>Domeniu de frecvențe</td><td>1-4 MHz</td><td>4-12 MHz</td><td>2-5 MHz</td></tr><tr><td>Câmp de vizualizare</td><td>90°</td><td>34,5 mm</td><td>67,3°</td></tr><tr><td>Apertură plan de scanare</td><td>20,2 mm</td><td>34 mm</td><td>50 mm (rază de curbură)</td></tr><tr><td>Adâncime maximă de scanare</td><td>până la 24 cm</td><td>până la 12 cm</td><td>până la 30 cm</td></tr></tbody></table>		S4-1 Traductor sectorial	L12-4 Traductor liniar	CS-2 Traductor convex	Aplicații	Cord, FAST, Abdomen, plămâni, obstetrică/ginecologie	Plămâni, musculoscheletal, părți moi, superficial, vascular	Abdomen, cord, FAST, plămâni, obstetrică/ginecologie	Domeniu de frecvențe	1-4 MHz	4-12 MHz	2-5 MHz	Câmp de vizualizare	90°	34,5 mm	67,3°	Apertură plan de scanare	20,2 mm	34 mm	50 mm (rază de curbură)	Adâncime maximă de scanare	până la 24 cm	până la 12 cm	până la 30 cm
			S4-1 Traductor sectorial	L12-4 Traductor liniar	CS-2 Traductor convex																					
		Aplicații	Cord, FAST, Abdomen, plămâni, obstetrică/ginecologie	Plămâni, musculoscheletal, părți moi, superficial, vascular	Abdomen, cord, FAST, plămâni, obstetrică/ginecologie																					
		Domeniu de frecvențe	1-4 MHz	4-12 MHz	2-5 MHz																					
		Câmp de vizualizare	90°	34,5 mm	67,3°																					
Apertură plan de scanare	20,2 mm	34 mm	50 mm (rază de curbură)																							
Adâncime maximă de scanare	până la 24 cm	până la 12 cm	până la 30 cm																							
Aplicații	Cord, FAST, Abdomen, plămâni, obstetrică/ginecologie	Plămâni, musculoscheletal, părți moi, superficial, vascular	Abdomen, cord, FAST, plămâni, obstetrică/ginecologie																							
Domeniu de frecvențe	1-4 MHz	4-12 MHz	2-5 MHz																							
Câmp de vizualizare	90°	34,5 mm	67,3°																							
Apertură plan de scanare	20,2 mm	34 mm	50 mm (rază de curbură)																							
Adâncime maximă de scanare	până la 24 cm	până la 12 cm	până la 30 cm																							



Moduri de lucru

Modul B (2D),
Doppler Color,
Doppler Pulsat,
Modul M, XRES și
Imagistică
armonică

Modul B (2D),
Doppler Color,
Doppler Pulsat,
Modul M, XRES,
SonoCT și
imagistică
armonică

Modul B (2D),
Doppler Color,
Doppler Pulsat,
Modul M, XRES,
SonoCT și
imagistică
armonică

Calitatea excelentă a imagisticii într-un dispozitiv portabil



Datorită înaltei calități a ecografiilor generate, Lumify face posibilă efectuarea unei evaluări sigure și rapide a pacienților, în orice situație. Algoritmii avansați optimizează automat contrastul și claritatea, iar interfața tactilă intuitivă face posibilă modificarea facilă și precisă a adâncimii, a amplificării și a vitezei ecografiei Doppler.

Priviți imagini ecografice realizate de Lumify

Traductor sectorial de bandă largă S4-1

- Ajustarea automată a zonei de focalizare în baza presetării acesteia.
- Focalizare continuă dinamică la recepție.
- Interval de frecvență 1-4 MHz.
- Câmp vizual de 90°
- Imagistică de înaltă rezoluție pentru aplicații pulmonare, ecografice, abdominale, obstetrică/ginecologie și FAST.
- Acceptă imagistica 2D, Doppler color, Doppler Pulsat și imagistica armonică tisulară.
- Cablu USB ușor, care poate fi înlocuit.





Traductor convex de bandă largă C5-2

- Zonă de focalizare optimizată automat, pe baza zonei de focalizare presetate.
- Focalizare continuă dinamică la recepție.
- Interval de frecvență 2-5 MHz.
- Câmp vizual de 67,3°
- Imagistică de înaltă rezoluție pentru abdomen, vezica biliară, plămâni și pentru aplicații obstetrice și ginecologice.
- Acceptă imagistica 2D, Doppler color, Doppler Pulsat și imagistica armonică tisulară.
- Cablu USB ușor, care poate fi înlocuit.



Traductor liniar de bandă largă L12-4

- Zonă de focalizare ajustată automat, pe baza zonei de focalizare presetate.
- Focalizare continuă dinamică la recepție.
- Intervalul de frecvență 4-12 Mhz.
- Câmp vizual de 34,5 mm.
- Imagistică de înaltă rezoluție pentru aplicația pulmonară, musculoscheletale, țesuturi moi, structuri superficiale și vase sanguine
- Acceptă imagistica 2D, Doppler color, Doppler Pulsat și imagistica armonică tisulară
- Cablu USB ușor, care poate fi înlocuit.





2. **Termeni livrare:**
Mărfurile vor fi livrate la - București
3. **Data livrării:**
Toate mărfurile care urmează să fie livrate nu mai târziu de maxim 10 zile de la comandă.
4. **Alternative:**
Specificațiile alternative vor fi acceptate dacă se vor oferta produse cu specificații tehnice superioare.
5. **Ambalare:**
Toate mărfurile trebuie să fie ambalate corespunzător pentru transportul terestru, inclusiv manipularea brută până la destinația finală.
6. **Greutăți și dimensiuni:**
NA
7. **Marcaj:**
NA
8. **ETICHETARE**
NA
9. **Lista de ambalare:**
NA
10. **Documente și certificate necesare:**
 - a. *Certificat constatator emis de oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Camera de Comerț și Industrie națională sau teritorială;*
 - b. *Certificatul Unic de Înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului;*
 - c. *Specificații tehnice, broșuri, cataloage sau alte documente relevante cu care să se poată stabili gradul de conformitate al produselor oferite;*
 - d. *Certificate de calitate și conformitate;*
11. **Distribuirea documentelor și certificatelor**
Documentele solicitate vor fi trimise de vânzător destinatarului într-un interval de timp dependent de natura metodei de transport și vor fi confirmate – de obicei prin email sau curier.
12. **Defalcarea costurilor:**
prețuri unitare per articol
13. **Moneda**
Toate costurile sunt fixe și ferme numai în RON.
14. **Probe**
Obligatoriu
[Data necesară]
15. **Inspectarea**
[de exemplu, se efectuează o inspecție cantitativă la încărcare și în afara încărcării pe cheltuiala cumpărătorului].



16. Clauza de lichidare a daunelor

Vă informăm că livrarea după programul convenit poate fi supusă unei penalizări de 5% din costul total a contractului.

17. Plată

În termen de maxim 10 de zile de la data primirii bunurilor și toate documentele justificative în stare bună de către cumpărător.

18. Valabilitate:

Oferta dumneavoastră trebuie să rămână valabilă pe toată perioada acordului cadru. Dacă este plasată, comanda trebuie să fie acceptată de dumneavoastră.

19. Asigurare

Produsele trebuie însoțite de certificat de garanție și conformitate conform legilor din România.

20. Clauză totală sau niciuna:

SNCRR își rezervă dreptul de a accepta întreaga ofertă sau o parte din oferta furnizorului, iar oferta cea mai scăzută evaluată nu va fi acceptată automat.

21. Condiții pentru depunerea ofertelor:

Ofertele trebuie primite cel târziu la 06.03.2024, ora 12:00 sau mai devreme, în plic sigilat la adresa: Str. Biserica Amzei, nr. 29, sector 1. București

Pagina de copertă identifică în mod clar expeditorul și destinatarul.

Vă rugăm să rețineți că pe această pagină nu trebuie să apară informații despre prețuri.

**În atenția: [Departamentului de Achiziții și Logistică al SNCRR]
Ref. Cotație ECHIPAMENTE MEDICALE – HEALTH CARAVAN**

Numerele noastre de telefon pentru informații suplimentare:

Telefon: 0728 102 070 în atenția d-lui Remus PELEA

Poștă electronică: remus.pelea@crucearosie.ro

22. Valabilitate

Oferta dumneavoastră trebuie să rămână valabilă pe toată perioada desfășurării acordului cadru.

Comanda de cumpărare, dacă este plasată, va fi acceptată de dumneavoastră.

23. Confirmare:

Vă rugăm să confirmați primirea acestei cereri de cotație și să indicați intenția dumneavoastră de a licita sau nu.

Vă mulțumesc,

**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA
DIRECTOR LOGISTICĂ ȘI ACHIZIȚII – MARIUS ION**

[semnătură]



DECLARAȚIA DE ANGAJAMENT

Societatea Națională de Cruce Roșie Din România
Strada Biserica Amzei, nr 29, sector 1
Localitatea București
Țară România

Subiect: DECLARAȚIA DE ANGAJAMENT

Numele proiectului: **HEALTH CARAVAN**

Noi subsemnații,

[Numele și adresa contractantului],

Declarăm prin prezenta că,

subliniind importanța unei proceduri de atribuire gratuite, echitabile și competitive care să împiedice abuzul, această societate până în prezent nu a oferit sau nu a acordat avantaje inadmisibile, direct sau indirect, funcționarilor publici sau altor persoane în legătură cu această ofertă și nici nu oferă sau nu acordă astfel de stimulente sau recompense în cadrul prezentei proceduri de atribuire sau, în cazul unei atribuirii, în timpul executării ulterioare a acordului.

Vom informa angajații noștri cu privire la îndatoririle lor respective și angajamentul lor de a respecta această obligație auto-impusă.

Data: _____ anul _____, semnătura _____

În calitate de _____

Autorizat legal pentru a semna licitațiile pentru și în numele _____
